



Rina Honda

01/Oct/2024




送信器名称 CH番号	治験冷蔵庫I① CHI	治験冷蔵庫I② CHI	治験冷蔵庫C① CHI	治験冷蔵庫C② CHI	治験冷蔵庫H① CHI	治験保冷庫J① CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	4320	4320	4320	1440	4320	4320
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:10:00	00:10:00	00:10:00	00:30:00	00:10:00	00:10:00
最高値	4.9	-29.8	4.9	-19.7	4.8	5.4
最低値	4.4	-30.3	4.4	-20.2	4.7	4.8
平均値	4.5	-30.0	4.7	-20.0	4.7	5.1
開始日時	2024/09/01 00:00:00	2024/09/01 00:00:00	2024/09/01 00:00:00	2024/09/01 00:00:00	2024/09/01 00:00:00	2024/09/01 00:00:00
終了日時	2024/09/30 23:50:00	2024/09/30 23:50:00	2024/09/30 23:50:00	2024/09/30 23:30:00	2024/09/30 23:50:00	2024/09/30 23:50:00




送信器名称 CH番号	治験冷蔵庫K① CHI	治験保管庫室温① CHI	治験恒温槽B① CHI	治験冷蔵庫P① CHI	治験恒温槽Q① CHI	治験冷蔵庫I① CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	4320	4320	4320	4320	4320	4320
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:10:00	00:10:00	00:10:00	00:10:00	00:10:00	00:10:00
最高値	5.1	20.1	20.8	5.4	21.3	5.0
最低値	4.7	19.1	20.5	5.2	20.8	4.4
平均値	4.9	19.5	20.6	5.3	21.0	4.6
開始日時	2024/09/01 00:00:00	2024/09/01 00:00:00	2024/09/01 00:00:00	2024/09/01 00:00:00	2024/09/01 00:00:00	2024/09/01 00:00:00
終了日時	2024/09/30 23:50:00	2024/09/30 23:50:00	2024/09/30 23:50:00	2024/09/30 23:50:00	2024/09/30 23:50:00	2024/09/30 23:50:00





送付器名称 CH番号	治験冷凍庫I CHI	治験冷蔵庫C CHI	治験冷凍庫G CHI	治験冷蔵庫H CHI	治験保冷庫J CHI	治験冷蔵庫K CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	4320	4320	1440	4320	4320	4320
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:10:00	00:10:00	00:30:00	00:10:00	00:10:00	00:10:00
最高値	-30.0	5.1	-19.7	5.0	5.4	5.0
最低値	-30.5	4.8	-20.2	4.9	4.7	4.7
平均値	-30.3	4.9	-19.9	4.9	5.0	4.8
開始日時	2024/09/01 00:00:00	2024/09/01 00:00:00	2024/09/01 00:00:00	2024/09/01 00:00:00	2024/09/01 00:00:00	2024/09/01 00:00:00
終了日時	2024/09/30 23:50:00	2024/09/30 23:50:00	2024/09/30 23:30:00	2024/09/30 23:50:00	2024/09/30 23:50:00	2024/09/30 23:50:00



送信器名称 CH番号	治験保管庫室温① CHI	治験恒温槽B② CHI	治験冷蔵庫P③ CHI	治験恒温槽Q④ CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃	℃
収録データ数	4320	4320	4320	4320
欠損データ数	0	0	0	0
測定間隔	00:10:00	00:10:00	00:10:00	00:10:00
最高値	20.0	20.8	5.4	21.6
最低値	19.0	20.6	5.2	20.6
平均値	19.4	20.7	5.3	21.0
開始日時	2024/09/01 00:00:00	2024/09/01 00:00:00	2024/09/01 00:00:00	2024/09/01 00:00:00
終了日時	2024/09/30 23:50:00	2024/09/30 23:50:00	2024/09/30 23:50:00	2024/09/30 23:50:00