




02 JUN 2025
Mako Yoshida




送信器名称 CH番号	治験冷蔵庫I① CHI	治験冷蔵庫I② CHI	治験冷蔵庫C① CHI	治験冷蔵庫C② CHI	治験冷蔵庫H① CHI	治験保冷庫J① CHI
▶ グラフ表示	☒	☒	☒	☒	☒	☒
単位	℃	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	4464	4464	4464	1488	4464	4464
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:10:00	00:10:00	00:10:00	00:30:00	00:10:00	00:10:00
最高値	4.5	-29.6	4.9	-19.7	5.2	5.9
最低値	3.9	-30.2	4.3	-20.1	4.7	5.0
平均値	4.2	-29.9	4.6	-19.9	4.9	5.4
開始日時	2025/05/01 00:00:00	2025/05/01 00:00:00	2025/05/01 00:00:00	2025/05/01 00:00:00	2025/05/01 00:00:00	2025/05/01 00:00:00
終了日時	2025/05/31 23:50:00	2025/05/31 23:50:00	2025/05/31 23:50:00	2025/05/31 23:30:00	2025/05/31 23:50:00	2025/05/31 23:50:00





送信器名称 CH番号	治験冷凍庫A CHI	治験冷凍庫C CHI	治験冷凍庫H CHI	治験保冷库J CHI	治験冷凍庫K CHI
▶ グラフ表示	☒	☒	☒	☒	☒
単位	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	4464	4464	1488	4464	4464
欠損データ数	0	0	0	0	0
測定間隔	00:10:00	00:10:00	00:30:00	00:10:00	00:10:00
最高値	-29.9	5.0	-19.8	5.4	5.7
最低値	-30.4	4.6	-20.3	4.9	5.1
平均値	-30.2	4.8	-20.0	5.1	5.5
開始日時	2025/05/01 00:00:00	2025/05/01 00:00:00	2025/05/01 00:00:00	2025/05/01 00:00:00	2025/05/01 00:00:00
終了日時	2025/05/31 23:50:00	2025/05/31 23:50:00	2025/05/31 23:30:00	2025/05/31 23:50:00	2025/05/31 23:50:00



送信器名称 CHI番号	治験保管庫室温 CHI	治験恒温槽B CHI	治験冷蔵庫P CHI	治験恒温槽Q CHI
▶ グラフ表示	☒	☒	☒	☒
単位	℃	℃	℃	℃
収録データ数	4464	4464	4464	4464
欠損データ数	0	0	0	0
測定間隔	00:10:00	00:10:00	00:10:00	00:10:00
最高値	20.4	20.8	5.3	21.2
最低値	19.1	20.4	4.1	20.8
平均値	19.7	20.6	4.9	21.0
開始日時	2025/05/01 00:00:00	2025/05/01 00:00:00	2025/05/01 00:00:00	2025/05/01 00:00:00
終了日時	2025/05/31 23:50:00	2025/05/31 23:50:00	2025/05/31 23:50:00	2025/05/31 23:50:00