




Mako Yoshida
01/SEP/2025




送信器名称 CH番号	治験管理室冷蔵庫5℃ CHI	治験管理室二重化5℃ CHI	治験管理室冷蔵庫-30℃ CHI	治験管理室二重化-30℃ CHI	検体冷蔵庫二重化5℃ CHI	検体冷蔵庫5℃ CHI
▶ グラフ表示	☒	☒	☒	☒	☒	☒
単位	℃	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	4464	4464	4464	4464	1488	1488
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:10:00	00:10:00	00:10:00	00:10:00	00:30:00	00:30:00
最高値	5.2	5.3	-28.4	-28.8	4.1	4.0
最低値	4.5	4.5	-29.1	-29.5	2.6	2.7
平均値	4.8	4.8	-28.6	-29.1	3.4	3.3
開始日時	2025/08/01 00:00:00	2025/08/01 00:00:00	2025/08/01 00:00:00	2025/08/01 00:00:00	2025/08/01 00:00:00	2025/08/01 00:00:00
終了日時	2025/08/31 23:50:00	2025/08/31 23:50:00	2025/08/31 23:50:00	2025/08/31 23:50:00	2025/08/31 23:30:00	2025/08/31 23:30:00




送信器名称 CH番号	治験冷蔵庫I① CHI	治験冷蔵庫I② CHI	治験冷蔵庫C① CHI	治験冷蔵庫C② CHI	治験冷蔵庫H① CHI	治験保冷库J① CHI
▶ グラフ表示	☒	☒	☒	☒	☒	☒
単位	℃	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	4464	4464	4464	1488	4464	4464
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:10:00	00:10:00	00:10:00	00:30:00	00:10:00	00:10:00
最高値	4.6	-29.6	4.8	-19.7	5.2	5.6
最低値	4.2	-30.1	4.4	-20.1	4.6	4.7
平均値	4.4	-29.9	4.6	-19.9	4.8	5.2
開始日時	2025/08/01 00:00:00	2025/08/01 00:00:00	2025/08/01 00:00:00	2025/08/01 00:00:00	2025/08/01 00:00:00	2025/08/01 00:00:00
終了日時	2025/08/31 23:50:00	2025/08/31 23:50:00	2025/08/31 23:50:00	2025/08/31 23:30:00	2025/08/31 23:50:00	2025/08/31 23:50:00



送信器名称 CH番号	治験冷蔵庫K① CHI	治験保管庫室温① CHI	治験恒温槽B① CHI	治験冷蔵庫P① CHI	治験恒温槽Q① CHI	治験冷蔵庫I① CHI
▶ グラフ表示	☒	☒	☒	☒	☒	☒
単位	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$
収録データ数	4464	4464	4464	4464	4464	4464
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:10:00	00:10:00	00:10:00	00:10:00	00:10:00	00:10:00
最高値	5.4	20.3	20.5	4.8	21.3	4.7
最低値	5.1	19.2	20.2	4.4	20.9	4.2
平均値	5.3	19.6	20.4	4.5	21.1	4.4
開始日時	2025/08/01 00:00:00	2025/08/01 00:00:00	2025/08/01 00:00:00	2025/08/01 00:00:00	2025/08/01 00:00:00	2025/08/01 00:00:00
終了日時	2025/08/31 23:50:00	2025/08/31 23:50:00	2025/08/31 23:50:00	2025/08/31 23:50:00	2025/08/31 23:50:00	2025/08/31 23:50:00



送信基名称 CH番号	治験冷蔵庫① CHI	治験冷蔵庫② CHI	治験冷蔵庫③ CHI	治験冷蔵庫H④ CHI	治験保冷蔵庫⑤ CHI	治験冷蔵庫K⑥ CHI
▶ グラフ表示	☒	☒	☒	☒	☒	☒
単位	℃	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	4464	4464	1488	4464	4464	4464
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:10:00	00:10:00	00:30:00	00:10:00	00:10:00	00:10:00
最高値	-29.9	5.0	-19.8	5.4	5.6	5.4
最低値	-30.3	4.7	-20.2	4.8	4.7	5.0
平均値	-30.1	4.9	-20.0	5.0	5.2	5.3
開始日時	2025/08/01 00:00:00	2025/08/01 00:00:00	2025/08/01 00:00:00	2025/08/01 00:00:00	2025/08/01 00:00:00	2025/08/01 00:00:00
終了日時	2025/08/31 23:50:00	2025/08/31 23:50:00	2025/08/31 23:30:00	2025/08/31 23:50:00	2025/08/31 23:50:00	2025/08/31 23:50:00



送信器名称 CH番号	治験保管庫室温② CHI	治験恒温槽B② CHI	治験冷蔵庫P② CHI	治験恒温槽Q② CHI
▶ グラフ表示	☒	☒	☒	☒
単位	℃	℃	℃	℃
収録データ数	4464	4464	4464	4464
欠損データ数	0	0	0	0
測定間隔	00:10:00	00:10:00	00:10:00	00:10:00
最高値	20.3	20.5	4.9	21.3
最低値	19.2	20.3	4.4	20.9
平均値	19.6	20.4	4.6	21.1
開始日時	2025/08/01 00:00:00	2025/08/01 00:00:00	2025/08/01 00:00:00	2025/08/01 00:00:00
終了日時	2025/08/31 23:50:00	2025/08/31 23:50:00	2025/08/31 23:50:00	2025/08/31 23:50:00